

## **Raccomandazione di presa a carico a tempo determinato della *Stabilizzazione dinamica intralegamentosa con Ligamys®* (SDI Ligamys®)**

### **1. Raccomandazione della CTM LAINF**

La CTM consiglia di assumere i costi del trattamento chirurgico di stabilizzazione dinamica intralegamentosa con Ligamys® per tutti i casi, in cui è indicata una ricostruzione precoce del legamento crociato anteriore (LCA). La presa a carico è limitata ad un periodo di valutazione di 3 anni.

L'assicurazione militare ha adottato questa decisione.

### **2. Indicazioni / Controindicazioni**

#### **2.1 Indicazioni**

Trattamento chirurgico delle rotture recenti (<21 giorni) del LCA alla presenza di

- Lesioni combinate (lesioni concomitanti) che rendono necessario un intervento chirurgico
- Esigenze sportive o professionali elevate poste al ginocchio (Tegner Score  $\geq 4$ )

#### **2.2 Controindicazioni**

- Infezioni acute o croniche, locali o sistemiche (o loro presenza all'anamnesi)
- Severe malattie muscolari, nervose o vascolari che possono compromettere l'arto interessato
- Ipersensibilità ai materiali usati (es. cobalto, cromo, nichel ecc.)
- Insufficiente sostanza ossea, scarsa qualità dell'osso o insufficiente maturità ossea, che potrebbe mettere in pericolo la stabilità di ancoraggio dell'impianto
- Condizioni che potrebbero impedire al paziente di limitare conseguentemente le sue attività o di seguire le istruzioni del medico durante la fase di guarigione
- Pazienti in cui la terapia conservativa è promettente

### **3. Procedura di benessere e fatturazione**

I termini per il benessere si basano sulla Convenzione tariffaria SwissDRG (2<sup>e</sup> partie: fourniture des prestations / Annonces). La procedura da rispettare per il benessere per una SDI con Ligamys® è la seguente:

- a) Inoltro della domanda di benessere con copia compilata dei moduli, allegati 1 (prima pagina) e 3, da parte del medico curante
- b) Fatturazione secondo SwissDRG o TARMED sulla base del tipo di cura (con degenza / ambulatoriale)
- c) Inoltro dei moduli, allegati 1, 2 e 3, al *Data Registry del [ISPM Berna](#)<sup>1</sup>*, con copia all'assicuratore competente
- d) In caso di revisione: inoltro del modulo, allegato 4, al *Data Registry del [ISPM Berna](#)<sup>1</sup>* in analogia ai punti a) e b), con copia all'assicuratore competente.

### **4. Descrizione della prestazione**

SDI Ligamys è una tecnologia conservante del legamento crociato per il trattamento chirurgico delle rotture recenti del legamento crociato anteriore (<21 giorni) e sostituisce la plastica precoce del legamento crociato. Durante l'impianto, il filo di polietilene viene fissato al femore con bottone di fissaggio e tirato attraverso l'articolazione, a ridosso della struttura del legamento crociato lesa, fino alla tibia. Qui il filo di polietilene è ancorato con una tensione prestabilita a una molla dinamica contenuta in un bossolo (monoblocco). È così creato un collegamento dinamico tra femore e tibia che nel contempo stabilizza l'articolazione del ginocchio e sgrava il legamento crociato lesa.

**Allegato 1:** Registro LCA svizzero – Primo intervento

**Allegato 2:** Registro LCA svizzero – Primo intervento - Impianto

**Allegato 3:** Consenso del paziente

**Allegato 4:** Registro LCA svizzero –Reintervento

---

<sup>1</sup> Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, Data Registry, Finkenhubelweg 11, 3012 Bern